



Spezifikation Qualität Bidest

Vollentsalztes, entmineralisiertes Wasser
mikrofiltriert bis 0,2 Mikron, nicht steril,
max. Leitwert bei Abfüllung 0,05 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Analysenparameter:

KATIONEN

Calcium: < 0,05 mg/l
Magnesium: < 0,02 mg/l
Natrium: < 0,05 mg/l
Kalium: < 0,05 mg/l

PH-Wert: 6,2 - 8,2
(in Abhängigkeit von Leitfähigkeit und Temperatur)

ANIONEN

Fluorid: <0,05 mg/l
Nitrat: <0,002 mg/l
Nitrit: <0,002 mg/l
Phosphat: <0,002 mg/l
Sulfat: <0,001 mg/l
Chlorid: <0,05 mg/l